

附表1_27項內含於手術處置醫材分析表-無健保給付項目(2項)

| 序號 | 健保內含序號(867) | 品項名稱 | 許可證號 | 市場行情價(收費) | 類別 | 健保 | | 自費手術處置項目 | | | 市場行情價/健保手術(處置)點數 | 分類 | 類別請勾選(1.2.3.4.5.6可複選) | | | | | | 備註 | | |
|----|-------------|----------------|----------------|-----------|----|------|------|----------------------------------|--------|----------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-----------|----|----------------|--|
| | | | | | | 健保代號 | 項目名稱 | 1.手術:技術費點數(不含加成53%) 2.處置:支付點數 | 自費代號 | 項目名稱 | | | 點數 | 1 新開發的手術 | 2 手術新增材料 | 3 替代性材料 | 4 對應DRG碼(勾選後填V欄) | 5 為植入物 | | 6 其他類別(請詳述) | |
| 1 | 775 | 麗沙脊椎內式鏡用前發雷射光纖 | 衛署醫器輸字第017351號 | 125,400 | 手術 | | | | 55-730 | 綠光攝護腺氣化術 | 25,025 | 501.1% | 健保不給付,特材無由內含 | V | | | | | | 與353重複 | 經查本品項名稱係誤植,應與健保內含序號第323號為同品項,已回復在案,列入HTA評估,為健保不給付項目。 |
| 2 | 776 | 麗沙瑞福雷斯雷射系統 | 衛署醫器輸字第017351號 | 125,400 | 手術 | | | | 55-730 | 綠光攝護腺氣化術 | 25,025 | 501.1% | 健保不給付,特材無由內含 | V | | | | | | 與353重複 | 與健保內含序號第323號重複,已回復在案,列入HTA評估,為健保不給付項目。 |

附表2_27項內含於手術處置醫材分析表-符合比例原則項目(2項)

| 序號 | 健保內含序號(867) | 品項名稱 | 許可證號 | 市場行情價(收費) | 類別 | 健保 | | 自費手術處置項目 | | | 市場行情價/健保手術(處置)點數 | 分類 | 類別請勾選(1.2.3.4.5.6可複選) | | | | | | 備註 | |
|----|-------------|-------------------|-----------------|-----------|------|--------|---------|----------------------------------|------|------|------------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------------|-----------|----|----------------|
| | | | | | | 健保代號 | 項目名稱 | 1.手術:技術費點數(不含加成53%) 2.處置:支付點數 | 自費代號 | 項目名稱 | | | 點數 | 1 新開發的手術 | 2 手術新增材料 | 3 替代性材料 | 4 對應DRG碼(勾選後) | 5 為植入物 | | 6 其他類別(請詳述) |
| 1 | 95 | 保盾外科用覆蓋巾 | 衛署醫器陸輸字第000036號 | 730 | 檢查處置 | 33075B | 血管阻塞術 | 20,250 | | | | 3.6% | 符合比例原則 | | | V | | | | 不可向民眾收取自費 |
| 2 | 105 | 柯惠內視鏡手術用縫線持針器+縫線匣 | 衛署醫器輸字第019556號 | 11,770 | 手術 | 71210B | 食道切除再造術 | 40,075 | | | | 29.4% | 符合比例原則 | | | V | | | | 不可向民眾收取自費 |

附表3_27項內含於手術處置醫材分析表-不符合比例原則項目（7項）

| 序號 | 健保內含序號(867) | 品項名稱 | 許可證號 | 市場行情價(收費) | 類別 | 科別(不僅限此科別) | 健保 | | | 自費手術處置項目 | | | 市場行情價/健保手術(處置)點數 | 分類 | 類別請勾選(1.2.3.4.5.6可複選) | | | | | | 備註 | | |
|----|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------|------------|--------|--------------|----------------------------------|----------|--------|----|------------------|--------|-----------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|----------------|----|---------|-----------------------------|
| | | | | | | | 健保代號 | 項目名稱 | 1.手術:技術費點數(不含加成53%) 2.處置:支付點數 | 自費代號 | 項目名稱 | 點數 | | | 1 新開發的手術 | 2 手術新增材料 | 3 替代性材料 | 4 對應DRG碼(勾選後填V欄) | 5 為植入物 | 6 其他類別(請詳述) | | | |
| 1 | 241 | “美敦力”奈克斯弗立體定位系統-奈克斯德精密定位驅動裝置 | 衛署醫器輸字第020637 | 103,750 | 檢查處置 | 神經外科 | 83084B | 立體定位術—功能性失調 | | | 25,000 | | | 415.0% | 不符比例原則 | | V | | | | | 與240重複 | 經查應與健保內含序號第240號屬同1張許可證之不同組件 |
| 2 | 354 | 「史耐輝」肩關節內視鏡器械 | 衛署醫器輸壹字第001861號 | 5,610 | 手術 | 骨科 | 64121B | 肩旋轉袖破裂修補術 | | | 5,534 | | | 101.4% | 不符比例原則 | | | V | | | | | |
| 3 | 465 | 吉洛氏電燒器械2 | 衛署醫器輸字第011669號 | 52000(併腹腔鏡其他特材) | 手術 | 婦產科 | 80416B | 腹腔鏡全子宮切除術 | | | 19,929 | | | 275.3% | 不符比例原則 | | | | | | | 與464重複 | 經查應與健保內含序號第240號屬同1張許可證之不同組件 |
| 4 | 526 | 拋棄式胎兒真空吸引杯，"Slic | 衛署醫器輸壹字第014360號 | 2,750 | 手術 | 婦產科 | 81009C | 死胎之引產-12~24週 | | | 4,236 | | | 64.9% | 不符比例原則 | | | V | V | | | | |
| 5 | 637 | 斯迪奧鈦思卡迪歐導管導入器 | 衛署醫器輸字第021223號 | 62,304 | 檢查處置 | 心臟內科 | 33091B | 不整脈經導管燒灼術 | | | 36,900 | | | 168.8% | 不符比例原則 | | V | | | | | 磁導航專用材料 | 仿單註明為磁導航專用，輔助磁性電生理立體繪圖 |
| 6 | 819 | 巴瑞克斯歐拉電燒系統 | 衛署醫器輸字第019871號 | 70,000 | 手術 | 胸腔外科 | 71215B | 一般性食道癌摘術 | | | 28,843 | | | 242.7% | 不符比例原則 | | V | | | | | | 仿單註明為切割止血用電刀 |
| 7 | 820 | 巴瑞克斯哈囉燒灼導管及測量氣球 | 衛署醫器輸字第021380號 | 140,000 | 手術 | 胸腔外科 | 71215B | 一般性食道癌摘術 | | | 28,843 | | | 485.4% | 不符比例原則 | | V | | | | | | 仿單效能為治療巴瑞特氏食道症 |

附表4_27項內含於手術處置醫材分析表-刪除項目(含個人用品、已受理特材、健保不給付特材、待增修支付標準共11項)

| 序號 | 健保序號(867) | 品項名稱 | 許可證號 | 市場行情價(收費) | 類別 | 健保 | | 自費手術處置項目 | | | 市場行情價/健保手術(處置)點數 | 分類 | 類別請勾選(1,2,3,4,5,6可複選) | | | | | | 備註 |
|----|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------|------|--------|------|----------------------------------|------|------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | 健保代號 | 項目名稱 | 1.手術:技術費點數(不含加成53%) 2.處置:支付點數 | 自費代號 | 項目名稱 | | | 點數 | 1 新開發的手術 | 2 手術新增材料 | 3 替代性材料 | 4 對應DRG碼(勾選後填V) | 5 為植入物 | |
| 1 | 175 | "奧林柏斯"單次使用氣球擴張器 | 衛署醫器輸字第018203號 | | | | | | | | | 1(已受理、審核中品項) | | | | | | 公告序號574 | 經確認應為經審核為健保不給付品項 |
| 2 | 237 | "南京邁迪欣"一次性使用管型痔吻合器 | 衛署醫器陸輸字第000282號 | | | | | | | | | 1(已受理、審核中品項) | | | | | | 公告序號582 | 經申復後已判定為特材受理品項 |
| 3 | 333 | "善德"鼻腔內固定夾板 | 衛署醫器輸製壹字第003094號 | 3,097 | 手術 | 65034B | 鼻成形術 | 8,450 | | | | 36.6% | 個人攜回 | | | V | | 唇顎裂患者手術後用於支撐鼻孔空間之居家個人用品 | 經確認應為個人輔具、用品 |
| 4 | 361 | "Inamed"應美得"胃內水球系統"與"愛力根"新型可調式胃束帶及配件 | 衛署醫器輸字第018653號 | | | | | | | | | 1(已受理、審核中品項) | | | | | | 公告序號543 | 經申復後已判定為特材受理品項 |
| 5 | 434 | 可利尼導尿管 | 衛署醫器輸字第011265號 | 759 | 檢查處置 | 47014C | 留置導尿 | 315 | | | | 241.0% | 不符比例原則 | | | V | | | 若使用於居家自我間歇性導尿，則屬個人用品 |
| 6 | 471 | 安適康快寧敷墊 | 衛署醫器製字第003710號 | | | | | | | | | 1(已受理、審核中品項) | | | | | | 公告序號504-1 | 經申復後已判定為特材受理品項 |
| 7 | 515 | 亞太醫療胃夾具 | 衛署醫器製字第003587號 | | | | | | | | | 1(已受理、審核中品項) | | | | | | 公告序號427 | 經申復後已判定為特材受理品項 |

| 序號 | 健保序號(867) | 品項名稱 | 許可證號 | 市場行情價(收費) | 類別 | 健保 | | 自費手術處置項目 | | | 市場行情價/健保手術(處置)點數 | 分類 | 類別請勾選(1.2.3.4.5.6可複選) | | | | | | 備註 |
|----|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------|------|--------|-----------|----------------------------------|---------|---------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | | | 健保代號 | 項目名稱 | 1.手術:技術費點數(不含加成53%) 2.處置:支付點數 | 自費代號 | 項目名稱 | | | 點數 | 1 新開發的手術 | 2 手術新增材料 | 3 替代性材料 | 4 對應DRG碼(勾選後填V) | 5 為植入物 | |
| 8 | 553 | 柯惠內視鏡疝氣自動縫合器 | 衛署醫器輸字第011477號 | | | | | | | | | 1(已受理、審核中品項) | | | | | | 公告序號187 | 將再確認是否屬特材受理品項(Y碼) |
| 9 | 594 | 特科漢椎體成形術骨水泥(含注射套組及穿刺針) | 衛署醫器輸字第024065號 | | | | | | | | | 1(已受理、審核中品項) | | | | | | 公告序號223 | 經申復後已判定為特材受理品項 |
| 10 | 810 | "曲克"超音波取樣針 | 衛署醫器輸字第022796號及衛署醫器輸字第016689號 | 6,545 | 檢查處置 | 無 | 無 | | M23-052 | 內視鏡超音波指引細針穿刺術 | 7,800 | 83.9% | 健保手術不給付，特材無由內含 | | | | | | 經確認應為經審核為健保不給付品項 |
| 11 | 825 | "百歐森偉伯司特"卡多系統體外參考貼片 | 衛署醫器輸字第021153號 | 9,911 | 檢查處置 | 33091B | 不整脈經導管燒灼術 | 36,900 | | | | 26.9% | 不符比例原則 | V | | | | 特殊電燒病人使用 | 經審核為每個病人均需使用，刻正辦理包裹支付中，於公告前暫可收取自費 |

附表5_27項內含於手術處置醫材分析表-需再確認項目(5項)

| 序號 | 健保序號(867) | 品項名稱 | 許可證號 | 市場行情價(收費) | 類別 | 健保 | | 自費手術處置項目 | | | 市場行情價/健保手術(處置)點數 | 分類 | 類別請勾選(1,2,3,4,5,6可複選) | | | | | | 備註 | |
|----|-----------|--------------------------|----------------|-----------|------|--------|------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | 健保代號 | 項目名稱 | 1.手術:技術費點數(不含加成53%) 2.處置:支付點數 | 自費代號 | 項目名稱 | | | 點數 | 1 新開發的手術 | 2 手術新增材料 | 3 替代性材料 | 4 對應DRG碼(勾選後填V) | 5 為植入物 | | 6 其他類別(請詳述) |
| 1 | 108 | 柯惠威利雷柏酷迪波無線電頻率電刀系統-迴路電極片 | 衛署醫器輸字第009988號 | 44,430 | 手術 | 37043C | 肝臟腫瘤無線電熱療法 | 11,400 | | | | 389.7% | 1(已受理、審核中品項) | | V | | | | 公告序號5-2 | 經查已受理品項5-2為射頻燒灼電極針，非本品"迴路電極片"，請再行確認 |
| 2 | 320 | "優勢益"清潔刷(未滅菌) | 衛署醫器輸字第011172號 | 41,800 | 手術 | | | | 11-477 | 二極體血管內雷射(靜脈曲張) | 80,000 | 52.3% | 健保手術不給付，特材無由內含 | V | | | | | | 經查本品許可證應為衛署醫器輸"壹"字第011172號，用途為內視鏡用清潔刷，請再行確認 |
| 3 | 867 | 佛賽特血氧飽和測定儀-感應貼片 | 衛署醫器輸字第022336號 | | | | | | | | | | 1(已受理、審核中品項) | | | | | 公告序號77 | 經查已審定為內含品項，備註代碼為4，請再行確認 | |
| 4 | 816 | "席弗科"超音波穿刺引導器及其附件 | 衛署醫器輸字第018137號 | 1,056 | 檢查處置 | 無 | | | 59-000 | 羊膜穿刺 | 1,375 | 76.8% | 不符比例原則 | | V | | | | 經查許可證屬心臟血管用心內膜切片裝置，請再行確認 | |
| 5 | 832 | 文匯自粘膠電極片 | 衛署醫器製字第001357號 | 440 | 檢查處置 | 42004A | 中度治療-中度醫學中心及區域醫院 | 320 | | | | 137.5% | 不符比例原則 | | | V | | | 仿單註明為提供疼痛舒緩用經皮神經電刺激器(TENS)及肌肉電刺激器(EMS)之皮膚電極，請再行確認 | |