

## 經濟部標準檢驗局 函

機關地址：100臺北市中正區濟南路1段4號  
聯絡人/聯絡電話：曾稟儒/(02)23963360-725  
電子郵件：pj.tseng@bsmi.gov.tw  
傳 真：(02)23970715

10846

台北市萬華區長沙街2段73號3樓

受文者：台北市儀器商業同業公會

發文日期：中華民國106年11月20日

發文字號：經標四字第10640007490號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送106年11月14日召開「電子式電度表檢定方式及延長檢定合格有效期間座談會」會議紀錄1份，請查照。

正本：財團法人中華民國消費者文教基金會、社團法人台灣消費者協會、社團法人台灣消費者保護協會、台北市度量衡商業同業公會、台中市度量衡商業同業公會、高雄市度量衡商業同業公會、桃園市度量衡商業同業公會、彰化縣度量衡商業同業公會、台南市度量衡商業同業公會、台北市度量衡裝修職業工會、台北市儀器商業同業公會、高雄市儀器商業同業公會、台中市儀器商業同業公會、桃園市儀器商業同業公會、彰化縣儀器商業同業公會、台南市儀器商業同業公會、中興電工機械股份有限公司、大同股份有限公司、華新儀錶股份有限公司、慶同貿易股份有限公司、台灣電力股份有限公司、玖鼎電力資訊股份有限公司、明模股份有限公司、士林電機廠股份有限公司重電廠、康舒科技股份有限公司、台達電子工業股份有限公司、第一電氣設備股份有限公司、正興機電工程股份有限公司、上電科技股份有限公司、施耐德電機股份有限公司、銓盛電子股份有限公司、弓銓企業股份有限公司、巧力工業股份有限公司、三宏電工廠股份有限公司、三江電機企業股份有限公司、華城電機股份有限公司、恩良企業股份有限公司、樂士股份有限公司、士林電機廠股份有限公司、源順企業有限公司、敬沅企業股份有限公司、台科電科技股份有限公司、虹勝科技企業有限公司、宇恆企業有限公司、齊碩科技股份有限公司、光奕企業股份有限公司、台普電機股份有限公司、萬上股份有限公司、得安科技有限公司、亞珏科技股份有限公司、航口實業股份有限公司、侑熹有限公司、艾立新科技股份有限公司、萬上生活科技股份有限公司、頂新電機企業有限公司、杏合生醫股份有限公司、寶品科技有限公司、豪鑫國際企業有限公司、大吉旺股份有限公司、峻鼎電機有限公司、雅士晶業股份有限公司、言成意興業股份有限公司、大威電機股份有限公司、仟佰實業有限公司、揚宇科技股份有限公司、吉



曜有限公司、吉懋工程有限公司、珍輝實業有限公司、國倫水電工程行、精慶實業有限公司、台灣是德科技股份有限公司、弘碩科技有限公司、祥正電機股份有限公司、智能電網國際股份有限公司、中一電工科技股份有限公司、翰譯企業有限公司、迦樂國度文化有限公司、七泰電子股份有限公司、博計電子股份有限公司、聖傑自動科技股份有限公司、華城電機股份有限公司(第一廠)、政厚企業有限公司、大同股份有限公司桃園電線電纜廠、財團法人台灣大電力研究試驗中心、財團法人聯發電氣研究發展教育基金會、經濟部標準檢驗局第七組、經濟部標準檢驗局法務室、經濟部標準檢驗局基隆分局、經濟部標準檢驗局新竹分局、經濟部標準檢驗局臺中分局、經濟部標準檢驗局臺南分局、經濟部標準檢驗局高雄分局、經濟部標準檢驗局花蓮分局



裝

副本：

# 局長劉明忠

訂

線

# 電子式電度表檢定方式及延長檢定合格有效期間座談會 會議紀錄

壹、開會時間：106年11月14日（星期二）下午2時整

貳、開會地點：本局第1會議室（臺北市濟南路一段4號行政大樓7樓）

參、主持人：劉組長秉沅

記錄：曾稟儒

肆、出席人員：詳如簽到單

伍、主席致詞：略

陸、會議討論及決議：

議題一：開放僅具需量瓦時功能及具需量瓦時功能附加乏時功能之電子式電度表許可業者自行檢定，提請討論。

決議：

一、本局將開放僅具需量瓦時功能及具需量瓦時功能附加乏時功能之電子式電度表許可業者自行檢定，並依決議辦理相關公告作業。

二、本局後續將再召開自行檢定說明會，歡迎有意願申請之業者前來了解應具備之申請條件及管理法規。

議題二：延長電子式電度表檢定合格有效期間，提請討論。

決議：本次座談會係邀請消保團體、法人機構及電度表製造業者等對外討論，屬公開徵詢會議，且經與會代表同意不另行召開公聽會，將調整電子式電度表檢定合格有效期間從8年延長至10年，同意本局進行後續修法作業，預計明(107)年實施。

柒、臨時動議：

議題：巧力工業股份有限公司建請全面開放電度表業者自行檢定，提請討論。

決議：經本局統計過去5年各類型電度表之初次檢定平均不合格率，惟以僅具需量瓦時功能及具需量瓦時功能附加乏時功能之電子式電度表不合格率最低(0.04%及0.01%)，其他如機械表不合

格率為 0.1%、僅具瓦時功能之電子式電度表高達 0.26%，故規劃開放僅具需量瓦時功能及具需量瓦時功能附加乏時功能之電子式電度表許可業者自行檢定，其餘表種則暫不予開放。

捌、散會：下午 3 時 20 分。