

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 函

機關地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號

聯絡人：曾榮淙

聯絡電話：02-23434567#5246

電子郵件：rt.tzeng@bsmi.gov.tw

傳真：(02)28327214

10846

臺北市長沙街二段73號3樓

受文者：臺北市儀器商業同業公會

發文日期：中華民國114年5月26日

發文字號：經標量技字第11460011510號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本局114年5月12日召開「固定地秤檢定執行作業要點」、「非連續累計自動衡器及重力式自動裝料衡器檢定執行作業要點」第四點修正草案說明會會議紀錄1份，請查照。

正本：經濟部標準檢驗局度量衡行政組、經濟部標準檢驗局法務室、經濟部標準檢驗局所屬各分局、114年會議業者名單、114年各公會名單

副本：經濟部標準檢驗局度量衡技術組

局長 陳怡鈴

經濟部標準檢驗局
「固定地秤檢定執行作業要點」、「非連續累計自動衡器及重力式自動裝料衡器檢定執行作業要點」第四點修正草案說明會會議紀錄

壹、開會時間：114年5月12日(星期一)下午2時整

貳、開會地點：實體會議（度量衡行政組會議室）及線上會議（使用 Microsoft Teams）

參、主持人：吳組長國龍

紀錄：曾榮淙

肆、出席人員：如出席人員清冊

伍、討論議題：

議題一：現行「固定地秤檢定執行作業要點」第4點第1款。領有度量衡專責機關核發之衡器製造業或修理業許可執照者，始得於現場修理或調整，確保固定地秤之修理調整品質與計量準確性，擬新增實際於檢定現場執行修理或調整之人員，應具備計量技術人員資格之規定。

決議：

一、有關高雄市度量衡商業同業公會所提建議提前修正第四點第一款實施日期部分，經本局綜合評估後，為使衡器業者有充分準備時間，並得以參加今（114）年度及明（115）年度之計量技術人員考試，爰維持原訂緩衝期1年6個月，實施日期仍訂為116年1月1日。

二、本案經業務單位逐條說明，與會各單位代表充分討論後，已取得共識並照案通過，詳如附件一，本局將據以辦理後續法制作業程序。

議題二：現行「非連續累計自動衡器及重力式自動裝料衡器檢定執行作業要點」第4點第1款。領有度量衡專責機關核發之衡器製造業或修理業許可執照者，始得於現場修理或調整，確保非連續累計自動

衡器或重力式自動裝料衡器之修理調整品質與計量準確性，擬新增實際於檢定現場執行修理或調整之人員，應具備計量技術人員資格之規定。

決議：

- 一、本案經業務單位逐條說明，與會各單位代表充分討論後，已取得共識並照案通過，詳如附件二，本局將據以辦理後續法制作業程序。
- 二、有關桃園市度量衡商業同業公會所提建議，增辦計量技術人員考試次數一節，請本局度量衡行政組將依實際業者需求，研議增加辦理次數。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午3時整。

1. 摘要	
會議標題	固定地秤檢定、非連續累計自動衡器及重力式自動裝料衡器檢定等二項檢定執行作業要點第四點修正草案業者說明會
出席的參與者	53
開始時間	5/12/25, 11:53:40 AM
結束時間	5/12/25, 2:54:09 PM
會議期間	3 小時 29 秒鐘
平均出席時間	43 分鐘 35 秒鐘

2. 參與者					
名稱	首次加入	上次離開	會議持續時間	參與者識別碼 (UPN)	角色
度量衡群組	5/12/25, 11:53:42 AM	5/12/25, 2:54:09 PM	3 小時 26 秒鐘	bsmi3@bsmigov02.onmicrosoft.com	召集人
量技組	5/12/25, 11:55:01 AM	5/12/25, 11:55:40 AM	39 秒鐘		召集人
力固陳佑聖	5/12/25, 1:39:25 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 14 分鐘 43 秒鐘		出席者
安和衡器	5/12/25, 1:39:30 PM	5/12/25, 2:53:37 PM	1 小時 14 分鐘 7 秒鐘		出席者
順緯-楊家駿	5/12/25, 1:39:34 PM	5/12/25, 1:43:45 PM	4 分鐘 10 秒鐘		出席者
力固公司-邱旭斌	5/12/25, 1:40:23 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 13 分鐘 46 秒鐘		出席者
新竹分局-林清華	5/12/25, 1:41:13 PM	5/12/25, 2:50:01 PM	1 小時 8 分鐘 48 秒鐘		出席者
彰化縣度量衡公會-游川錦	5/12/25, 1:41:26 PM	5/12/25, 2:50:17 PM	1 小時 8 分鐘 50 秒鐘		出席者
法務室 楊琇茹	5/12/25, 1:42:14 PM	5/12/25, 2:49:48 PM	1 小時 7 分鐘 34 秒鐘		出席者
花蓮分局 劉中興	5/12/25, 1:43:43 PM	5/12/25, 2:50:37 PM	1 小時 6 分鐘 54 秒鐘		出席者
臺中分局度量衡科陳呈曜	5/12/25, 1:44:16 PM	5/12/25, 2:52:06 PM	1 小時 7 分鐘 49 秒鐘		出席者
雪紅 吳	5/12/25, 1:44:39 PM	5/12/25, 2:49:46 PM	1 小時 5 分鐘 7 秒鐘		出席者
桃園市度量衡商業同業公會理事長傅志義	5/12/25, 1:45:14 PM	5/12/25, 2:07:20 PM	22 分鐘 5 秒鐘		出席者
林欣 鄭	5/12/25, 1:45:45 PM	5/12/25, 1:57:49 PM	12 分鐘 4 秒鐘		出席者
正公平公司 - 留曜晨	5/12/25, 1:47:21 PM	5/12/25, 2:50:07 PM	1 小時 2 分鐘 46 秒鐘		出席者
中成衡器有限公司-陳志忠	5/12/25, 1:47:52 PM	5/12/25, 1:50:24 PM	2 分鐘 32 秒鐘		出席者
戴瑞男	5/12/25, 1:48:08 PM	5/12/25, 2:52:28 PM	1 小時 4 分鐘 19 秒鐘		出席者
秉衡量衡器科技有限公司 陳顯文	5/12/25, 1:48:59 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 5 分鐘 9 秒鐘		出席者
台北市度量衡公會	5/12/25, 1:50:19 PM	5/12/25, 2:50:11 PM	59 分鐘 51 秒鐘		出席者
富亮科技股份有限公司	5/12/25, 1:50:20 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 3 分鐘 49 秒鐘		出席者
台中公會 鄭國雄	5/12/25, 1:50:28 PM	5/12/25, 2:51:14 PM	1 小時 46 秒鐘		出席者
中成公司-陳志忠	5/12/25, 1:50:49 PM	5/12/25, 1:50:51 PM	1 秒鐘		出席者
高雄分局 度量衡科 張技士瑞峰	5/12/25, 1:50:59 PM	5/12/25, 2:09:48 PM	18 分鐘 49 秒鐘		出席者
天一成科技有限公司 陳耀千	5/12/25, 1:51:09 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 2 分鐘 59 秒鐘		出席者
顯台實業 莊永彰	5/12/25, 1:51:11 PM	5/12/25, 1:52:43 PM	1 分鐘 32 秒鐘		出席者
中成公司-陳志忠	5/12/25, 1:51:25 PM	5/12/25, 1:51:27 PM	1 秒鐘		出席者
中成公司-陳志忠	5/12/25, 1:52:24 PM	5/12/25, 1:52:25 PM	1 秒鐘		出席者
台南度量衡公會 鄭詠翰	5/12/25, 1:52:28 PM	5/12/25, 2:07:27 PM	14 分鐘 59 秒鐘		出席者
高雄市度量衡公會-曾弘仁	5/12/25, 1:52:37 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 1 分鐘 32 秒鐘		出席者
分局群組二	5/12/25, 1:52:43 PM	5/12/25, 1:54:26 PM	1 分鐘 43 秒鐘	bsmi7@bsmigov02.onmicrosoft.com	出席者
台南市度量衡公會 南市	5/12/25, 1:52:46 PM	5/12/25, 2:49:43 PM	56 分鐘 57 秒鐘		出席者
顯台實業 莊永彰	5/12/25, 1:52:55 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 1 分鐘 13 秒鐘		出席者
順緯-楊家駿	5/12/25, 1:53:04 PM	5/12/25, 2:00:53 PM	7 分鐘 49 秒鐘		出席者
中成公司-陳志忠	5/12/25, 1:54:42 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	59 分鐘 27 秒鐘		出席者
瑤村 紀	5/12/25, 1:55:31 PM	5/12/25, 2:50:15 PM	54 分鐘 43 秒鐘		出席者
王上睿	5/12/25, 1:57:20 PM	5/12/25, 2:49:51 PM	52 分鐘 30 秒鐘		出席者
台南分局 度量衡科 邱沛俊	5/12/25, 1:57:44 PM	5/12/25, 2:50:23 PM	52 分鐘 38 秒鐘		出席者
弘邦衡業黃兆宏	5/12/25, 1:58:15 PM	5/12/25, 2:49:47 PM	51 分鐘 32 秒鐘		出席者
瓦昕衡器 - 鄭林欣	5/12/25, 1:58:54 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	55 分鐘 15 秒鐘		出席者
順緯工業-陳錫銘	5/12/25, 1:59:24 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	54 分鐘 45 秒鐘		出席者
顯台莊志鴻	5/12/25, 2:03:11 PM	5/12/25, 2:50:21 PM	47 分鐘 9 秒鐘		出席者
Jeff	5/12/25, 2:04:29 PM	5/12/25, 2:51:29 PM	46 分鐘 59 秒鐘		出席者
CHENG-HUA FAN	5/12/25, 2:05:59 PM	5/12/25, 2:10:27 PM	2 分鐘 53 秒鐘		出席者
順緯-楊家駿	5/12/25, 2:07:15 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	46 分鐘 53 秒鐘		出席者
台南度量衡公會 鄭詠翰	5/12/25, 2:08:05 PM	5/12/25, 2:36:53 PM	28 分鐘 47 秒鐘		出席者
傅志義 桃園市度量衡公會理事長	5/12/25, 2:08:53 PM	5/12/25, 2:43:53 PM	35 分鐘		出席者
戴宇辰	5/12/25, 2:10:32 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	43 分鐘 37 秒鐘		出席者
高雄分局 度量衡科 張技士瑞峰	5/12/25, 2:11:30 PM	5/12/25, 2:52:43 PM	41 分鐘 12 秒鐘		出席者
順緯 - 范正華	5/12/25, 2:11:39 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	42 分鐘 29 秒鐘		出席者
基隆分局 翁啓煌	5/12/25, 2:14:49 PM	5/12/25, 2:49:58 PM	35 分鐘 8 秒鐘		出席者
陳岡立 甲正衡器	5/12/25, 2:23:30 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	30 分鐘 38 秒鐘		出席者
台南公會 鄭詠翰	5/12/25, 2:42:19 PM	5/12/25, 2:51:13 PM	8 分鐘 53 秒鐘		出席者
傅志義 桃園市度量衡公會理事長	5/12/25, 2:48:08 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	6 分鐘 1 秒鐘		出席者

3. 會議內活動				
名稱	加入時間	離開時間	持續時間	角色
度量衡群組	5/12/25, 11:53:42 AM	5/12/25, 2:54:09 PM	3 小時 26 秒鐘	召集人
量技組	5/12/25, 11:55:01 AM	5/12/25, 11:55:40 AM	39 秒鐘	召集人
力固陳佑聖	5/12/25, 1:39:25 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 14 分鐘 43 秒鐘	出度者
安和衡器	5/12/25, 1:39:30 PM	5/12/25, 2:53:37 PM	1 小時 14 分鐘 7 秒鐘	出度者
順緯-楊家駿	5/12/25, 1:39:34 PM	5/12/25, 1:43:45 PM	4 分鐘 10 秒鐘	出度者
力固公司-邱旭斌	5/12/25, 1:40:23 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 13 分鐘 46 秒鐘	出度者
新竹分局-林清華	5/12/25, 1:41:13 PM	5/12/25, 2:50:01 PM	1 小時 8 分鐘 48 秒鐘	出度者
彰化縣度量衡公會-游川錦	5/12/25, 1:41:26 PM	5/12/25, 2:50:17 PM	1 小時 8 分鐘 50 秒鐘	出度者
法務室 楊琇茹	5/12/25, 1:42:14 PM	5/12/25, 2:49:48 PM	1 小時 7 分鐘 34 秒鐘	出度者
花蓮分局 劉中興	5/12/25, 1:43:43 PM	5/12/25, 2:50:37 PM	1 小時 6 分鐘 54 秒鐘	出度者
臺中分局度量衡科陳呈曜	5/12/25, 1:44:16 PM	5/12/25, 2:52:06 PM	1 小時 7 分鐘 49 秒鐘	出度者
雪紅 吳	5/12/25, 1:44:39 PM	5/12/25, 2:49:46 PM	1 小時 5 分鐘 7 秒鐘	出度者
桃園市度量衡商業同業公會理事長傅志義	5/12/25, 1:45:14 PM	5/12/25, 2:07:20 PM	22 分鐘 5 秒鐘	出度者
林欣 鄭	5/12/25, 1:45:45 PM	5/12/25, 1:57:49 PM	12 分鐘 4 秒鐘	出度者
正公平公司 - 留曜晟	5/12/25, 1:47:21 PM	5/12/25, 2:50:07 PM	1 小時 2 分鐘 46 秒鐘	出度者
中成衡器有限公司-陳志忠	5/12/25, 1:47:52 PM	5/12/25, 1:50:24 PM	2 分鐘 32 秒鐘	出度者
戴瑞男	5/12/25, 1:48:08 PM	5/12/25, 2:52:28 PM	1 小時 4 分鐘 19 秒鐘	出度者
秉衡量衡器科技有限公司 陳顯文	5/12/25, 1:48:59 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 5 分鐘 9 秒鐘	出度者
台北市度量衡公會	5/12/25, 1:50:19 PM	5/12/25, 2:50:11 PM	59 分鐘 51 秒鐘	出度者
富亮科技股份有限公司	5/12/25, 1:50:20 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 3 分鐘 49 秒鐘	出度者
台中公會 鄭國雄	5/12/25, 1:50:28 PM	5/12/25, 2:51:14 PM	1 小時 46 秒鐘	出度者
中成公司-陳志忠	5/12/25, 1:50:49 PM	5/12/25, 1:50:51 PM	1 秒鐘	出度者
高雄分局 度量衡科 張技士瑞峰	5/12/25, 1:50:59 PM	5/12/25, 2:09:48 PM	18 分鐘 49 秒鐘	出度者
天一成科技有限公司 陳耀千	5/12/25, 1:51:09 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 2 分鐘 59 秒鐘	出度者
顯台實業 莊永彰	5/12/25, 1:51:11 PM	5/12/25, 1:52:43 PM	1 分鐘 32 秒鐘	出度者
中成公司-陳志忠	5/12/25, 1:51:25 PM	5/12/25, 1:51:27 PM	1 秒鐘	出度者
中成公司-陳志忠	5/12/25, 1:52:24 PM	5/12/25, 1:52:25 PM	1 秒鐘	出度者
台南度量衡公會 鄭詠翰	5/12/25, 1:52:28 PM	5/12/25, 2:07:27 PM	14 分鐘 59 秒鐘	出度者
高雄市度量衡公會-曾弘仁	5/12/25, 1:52:37 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 1 分鐘 32 秒鐘	出度者
分局群組二	5/12/25, 1:52:43 PM	5/12/25, 1:54:26 PM	1 分鐘 43 秒鐘	出度者
台南市度量衡公會 南市	5/12/25, 1:52:46 PM	5/12/25, 2:49:43 PM	56 分鐘 57 秒鐘	出度者
顯台實業 莊永彰	5/12/25, 1:52:55 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	1 小時 1 分鐘 13 秒鐘	出度者
順緯-楊家駿	5/12/25, 1:53:04 PM	5/12/25, 2:00:53 PM	7 分鐘 49 秒鐘	出度者
中成公司-陳志忠	5/12/25, 1:54:42 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	59 分鐘 27 秒鐘	出度者
瑤村 紀	5/12/25, 1:55:31 PM	5/12/25, 2:50:15 PM	54 分鐘 43 秒鐘	出度者
王上睿	5/12/25, 1:57:20 PM	5/12/25, 2:49:51 PM	52 分鐘 30 秒鐘	出度者
台南分局 度量衡科 邱沛俊	5/12/25, 1:57:44 PM	5/12/25, 2:50:23 PM	52 分鐘 38 秒鐘	出度者
弘邦衡量黃兆宏	5/12/25, 1:58:15 PM	5/12/25, 2:49:47 PM	51 分鐘 32 秒鐘	出度者
瓦昕衡器 - 鄭林欣	5/12/25, 1:58:54 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	55 分鐘 15 秒鐘	出度者
順緯工業-陳緒鉉	5/12/25, 1:59:24 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	54 分鐘 45 秒鐘	出度者
顯台莊志鴻	5/12/25, 2:03:11 PM	5/12/25, 2:50:21 PM	47 分鐘 9 秒鐘	出度者
Jeff	5/12/25, 2:04:29 PM	5/12/25, 2:51:29 PM	46 分鐘 59 秒鐘	出度者
CHENG-HUA FAN	5/12/25, 2:05:59 PM	5/12/25, 2:08:43 PM	2 分鐘 43 秒鐘	出度者
CHENG-HUA FAN	5/12/25, 2:10:16 PM	5/12/25, 2:10:27 PM	10 秒鐘	出度者
順緯-楊家駿	5/12/25, 2:07:15 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	46 分鐘 53 秒鐘	出度者
台南度量衡公會 鄭詠翰	5/12/25, 2:08:05 PM	5/12/25, 2:36:53 PM	28 分鐘 47 秒鐘	出度者
傅志義 桃園市度量衡公會理事長	5/12/25, 2:08:53 PM	5/12/25, 2:43:53 PM	35 分鐘	出度者
戴宇辰	5/12/25, 2:10:32 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	43 分鐘 37 秒鐘	出度者
高雄分局 度量衡科 張技士瑞峰	5/12/25, 2:11:30 PM	5/12/25, 2:52:43 PM	41 分鐘 12 秒鐘	出度者
順緯 - 范正華	5/12/25, 2:11:39 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	42 分鐘 29 秒鐘	出度者
基隆分局 翁啓煌	5/12/25, 2:14:49 PM	5/12/25, 2:49:58 PM	35 分鐘 8 秒鐘	出度者
陳岡立 甲正衡器	5/12/25, 2:23:30 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	30 分鐘 38 秒鐘	出度者
台南公會 鄭詠翰	5/12/25, 2:42:19 PM	5/12/25, 2:51:13 PM	8 分鐘 53 秒鐘	出度者
傅志義 桃園市度量衡公會理事長	5/12/25, 2:48:08 PM	5/12/25, 2:54:09 PM	6 分鐘 1 秒鐘	出度者

固定地秤檢定執行作業要點第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
四、檢定機關執行檢定作業時，申請人應配合以下事項： (一) 領有度量衡專責機關核發之衡器製造業或修理業許可執照者，始得於現場修理或調整。<u>自一百十六年一月一日起實際執行現場修理或調整之人員，應取得度量衡專責機關核發專長範圍涵蓋衡器之計量技術人員證書。</u> (二) 使用自有法碼者，提供經檢定機關評估符合規定之有效期限內結果通知書正本或影本。 (三) 檢定過程中，應備妥足量替代物品；但因替代物品無法備齊時，經固定地秤所有人同意後，得調降申請書之最大秤量。 (四) 協助檢定機關拍照作業。	四、檢定機關執行檢定作業時，申請人應配合以下事項： (一) 領有度量衡專責機關核發之衡器製造業或修理業許可執照者，始得於現場修理或調整。 (二) 使用自有法碼者，提供經檢定機關評估符合規定之有效期限內結果通知書正本或影本。 (三) 檢定過程中，應備妥足量替代物品；但因替代物品無法備齊時，經固定地秤所有人同意後，得調降申請書之最大秤量。 (四) 協助檢定機關拍照作業。	第一款增列實際於檢定現場執行修理或調整之人員，應具備計量技術人員資格之規定，藉以確保固定地秤之修理調整品質與計量準確性，並明定自一百十六年一月一日起實施，提供業者與相關人員充分準備之緩衝期，以利業界配合。

非連續累計自動衡器及重力式自動裝料衡器檢定執行作業 要點第四點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
四、檢定機關執行檢定作業時，申請人應配合以下事項： (一) 領有度量衡專責機關核發之衡器製造業或修理業許可執照者，始得於現場修理或調整。<u>自中華民國一百十六年一月一日起，實際執行現場修理或調整之人員，應取得度量衡專責機關核發專長範圍涵蓋衡器之計量技術人員證書。</u> (二) 使用自有法碼者，提供經檢定機關評估符合規定之有效期限內結果通知書正本或影本。 (三) 非連續累計自動衡器若使用實重物品代替法碼逐次導引時，須備妥足量物品。 (四) 重力式自動裝料衡器檢定時應備妥足量法碼。 (五) 應有足夠空間或其他替代方案置放檢定用器。	四、檢定機關執行檢定作業時，申請人應配合以下事項： (一) 領有度量衡專責機關核發之衡器製造業或修理業許可執照者，始得於現場修理或調整。 (二) 使用自有法碼者，提供經檢定機關評估符合規定之有效期限內結果通知書正本或影本。 (三) 非連續累計自動衡器若使用實重物品代替法碼逐次導引時，須備妥足量物品。 (四) 重力式自動裝料衡器檢定時應備妥足量法碼。 (五) 應有足夠空間或其他替代方案置放檢定用器。	第一款增列實際於檢定現場執行修理或調整之人員，應具備計量技術人員資格之規定，藉以確保非連續累計自動衡器及重力式自動裝料衡器之修理調整品質與計量準確性，並明定自中華民國一百十六年一月一日起實施，提供業者與相關人員充分準備之緩衝期，以利業界配合。

